



Proc. Administrativo 23.344/2024



De: **George Paiva de Assunção** Setor: **SESAD - CPL - Comissão Permanente de Licitação**

Despacho: **37- 23.344/2024**

Para: **SESAD - DAE - COURGE - Coordenadoria de Urgência e Emergência**

Assunto: **AQUISIÇÃO DE EQUIPOS E SEUS ACESSÓRIOS PARA BOMBAS DE INFUSÃO (COMODATO)**

Parnamirim/RN, 27 de Setembro de 2024

Sra. Diretora do Departamento de Atenção Especializada (DAE)

Foi publicado o Pregão Eletrônico nº 15/2024 que trata da contratação de empresa especializada no fornecimento de Equipos e seus acessórios com cessão de Sistema de Comodato do equipamento de Bomba de Infusão para atender as necessidades e demandas do Hospital Maternidade Divino Amor, Hospital Márcio Marinho e Unidade de Pronto Atendimento Maria Nazaré-UPA Nova Esperança, com a sessão de disputa marcada para o próximo dia 08 de outubro de 2024.

No tarde de hoje, tempestivamente, o licitante FRESENIUS KABI BRASIL LTDA, inscrito no CNPJ / MF sob o n. 49.324.221/0001-04, solicitou esclarecimento sobre pontos específicos do que é solicitado no Termo de Referência, o qual segue em anexo.

Por se tratar de conhecimento técnico que foge da alçada desta Comissão de Contratação, solicitamos análise e resposta ao que foi indagado pelo licitante acima identificado. Aguardamos a resposta conforme está estabelecido no item 13.2 do Edital: "a resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame".

—
George Paiva de Assunção
Presidente - CPL/SESAD

Prefeitura de Parnamirim - Avenida Castor Vieira Régis, 50 - Cohabinal CEP, 59140-670 - Parnamirim/RN • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 01/10/2024 13:50:02 por George Paiva de Assunção - Pregoeiro/SESAD

1Doc



Proc. Administrativo 23.344/2024

De: **Izabella Maria Vital Bernardo de Andrade** Setor: **SESAD - DAE - COURGE -
Coordenadoria de Urgência e Emergência**

Despacho: **38- 23.344/2024**

Para: **SESAD - DAE - COURGE - HMDA - DIR_ADM - ADM_FIN - Administrativo e
Financeiro** AC: **Douglas César Soares**

Assunto: **AQUISIÇÃO DE EQUIPOS E SEUS ACESSÓRIOS PARA BOMBAS DE INFUSÃO
(COMODATO)**

Parnamirim/RN, 30 de Setembro de 2024

Prezado,

Segue para conhecimentos e providências em relação ao despacho 37.

—
Izabella Maria Vital B. de Andrade
Coordenadora de Urgência e Emergência

Prefeitura de Parnamirim - Avenida Castor Vieira Régis, 50 - Cohabinal CEP, 59140-670 - Parnamirim/RN • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 01/10/2024 13:50:49 por George Paiva de Assunção - Pregoeiro/SESAD

1Doc

**Proc. Administrativo 23.344/2024**

De: **Douglas César Soares** Setor: **SESAD - DAE - COURGE - HMDA - DIR_ADM - ADM_FIN - Administrativo e Financeiro**

Despacho: **39- 23.344/2024**

Assunto: **AQUISIÇÃO DE EQUIPOS E SEUS ACESSÓRIOS PARA BOMBAS DE INFUSÃO (COMODATO)**

Parnamirim/RN, 01 de Outubro de 2024

Bom dia

Prezada Coordenadora

Em resposta ao despacho 37, em que a empresa Fresenius Kabi, levanta questionamento sobre as especificações do objeto, vamos aos pontos:

1 - "Gostaria de solicitar esclarecimento EM RELAÇÃO A SOLICITACAO DE CLAMP NOS ITENS 4 E 5 E TAMBEM EM RELAÇÃO AO TAMANHO POIS TEMOS O EXTENSOR COM 150 CM E NÃO 120 CM COMO SOLITADA NO EDITAL"

O produto deve apresentar dispositivo de estanqueidade do sistema, independente do sistema.

O tamanho do extensor pode sim varia para 150cm, no entanto, a informação de preenchimento da linha deverá esta na embalagem, para assim ter o calculo de volume sem perda de dose.

2 - Solicitamos também EM RELAÇÃO A SOLICITACAO DE SEGMENTO DE SILICONE NO ITEM 3 POIS NOSSO EQUIPO NÃO POSSUI ESTE SEGMENTO VIDTO QUE NOSSO EQUIPAMENTO NÃO NECESSITA DA NECESSIDADE DESTE SEGMENTO.

Assim fica facultativo o seguimento, contudo, o equipo deverá ser compatível com o equipamento em comodato.

—
Douglas César Soares

CEQUIP/HMDA