

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESAD HOSPITAL MATERNIDADE DO DIVINO AMOR – HMDA



PROCESSO:

20212833700

INTERESSADO:

CPL - SESAD

ASSUNTO:

Aquisição de equipamentos Emissões Otoacústicas



DESPACHO

Vimos pelo presente, atender o despacho da pag. n° 275 do processo de n° 20212833700, onde afirma que o equipamento solicitado teve sua fabricação encerrada e que não se encontra mais disponível no mercado.

Informamos que existe a necessidade da aquisição dos itens, para atender o Hospital Maternidade do Divino Amor, onde realizamos o Teste da Orelhinha ou Triagem Auditiva Neonatal (TAN).

Considerando que é um exame importante para detectar se o recém-nascido tem déficit de acuidade auditiva. Após a sua realização é possível definir o diagnóstico e iniciar o tratamento das alterações auditivas precocemente. O Conselho Federal de Fonoaudiologia e outras entidades brasileiras recomendam que o exame seja realizado na maternidade antes da alta hospitalar. A Lei Federal nº 12.303/2010 tornou obrigatória e gratuita a realização do exame e espera-se que todos os hospitais e maternidades do Brasil ofereçam o teste. A pesquisa das Emissões Otoacústicas Evocadas é um procedimento objetivo, não invasivo e rápido, comumente utilizado em programas de TAN.

Dessa forma, segue as especificações técnicas atualizadas para aquisição do equipamento de EMISSÕES OTOACÚSTICAS, portátil, módulos EOATE (transiente e evocadas) EOAPD (produto de distorção).

Com isso, encaminhamos esse processo para dar prosseguimento.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO	QUANTIDADE
01	APARELHO DE OTOACÚSTICA	
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	
	- Equipamento portátil, automático realiza teste com os seguintes módulos:	
	- Realização e Emissão Otoacústicas Transiente (EOATE) e de Emissão Otoacústica Produto	
	de Distorção (EOAPD);	
	- Frequências de teste para TEOAT: 1.5 ,2, 2.5, 3, 3.5 – 4 KHz; e frequências de teste para	2
	DPOAE: 2, 3, 4 5 KHz;	
	- Deve apresentar sistema Passa/Falha;	
	- Faixa de intensidade de estímulo, saída máxima;	
	- Display colorido;	
	- Memória para armazenar 500 exames; e realizar a impressão dos resultados;	
	- Deve acompanhar o aparelho conjunto de olivas de vários tamanhos, Software, impressora	





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESAD HOSPITAL MATERNIDADE DO DIVINO AMOR – HMDA



térmica portátil, conexão wireless.

- Bateria recarregável, maleta para transporte;
- Certificado de garantia e certificado de calibração incluso;
- Assistência técnica;
- Treinamento incluso.

Parnamirim, 09 de novembro de 2022.

Karina Figueiredo Medeiros Ferreira

Diretora Administrativa Financeira do HMDA - Mat. 9097

Claudia Roberta Ferreira
Fonoaudióloga – Mat. 12.968
CRFa 8 - 10.344