



Pesquisa Nº: 395/2020	Nº Processo: 2.816.214/2	Período: 21/09/2020	Tipo de Cálculo: Valor Médio	Valor Final: 168.122,46
Objeto: O Presente Termo de Referência tem por objeto a Aquisição de 06 (seis), Cardiovorsor Desfibrilador, para equipar a Unidade de Pronto Atendimento Maria Nazaré Silva dos Santos – UPA, Pronto Atendimento Suzete Cavalcanti, Hospital Márcio Marinho e Hospital Maternidade do Divino Amor – HMMA.				

Item - Código - Especificação	Qtz. Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)					Vir. Médio Unitário	Vir. Médio Total		
		INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - BANC	PAULE DE PRODUÇÃO (Ministério da Economia)	AMAR COMPANHIA 2018	CHIRURGIA SAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	BIOPORS - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN				
1 - 0026519 - Aparelho port. monit. card. marcapasso ext./dest., - aparelho portátil de monitorização cardíaca, marca-passo externo e desfibrilação; empregando tecnologia bifásica; - possuindo o peso máximo de seis kg com a bateria; - alimentação através de bateria interna recarregável ou de bateria externa recarregável; - a bateria do equipamento não deve apresentar efeito memória, no caso de bateria interna recarregável, o cabo de conexão à rede elétrica de 110x220V para recarga deverá ser fornecido junto com o aparelho e no caso de bateria externa o carregador de bateria deverá ser fornecido, o marca-passo externo deve operar através de eletrodos auto-adesivos ao torax, regulável no mínimo nas frequências de 40 a 160/min., e amperagem regulável entre 0 e 200 miliamperes. - efetuar até 1500 descargas consecutivas em carga máxima, ou 120 minutos de monitorização cardíaca com as próprias pás de desfibrilação ou com eletrodos auto-adesivos aplicados ao torax; permitir o registro do ritmo cardíaco em papel e o acompanhamento do mesmo pelo visor. - incluir cabos para monitorização com eletros e adaptador para pás de desfibrilação pediátrica; possuir alarmes sonoros e visuais ajustáveis pelo operador para frequência cardíaca elevada ou baixa com o paciente monitorizado; possuir capacidade de elevar cardioversão sincronizada; controle das funções de carga para choque e descarga, controláveis através de controles disponíveis nas próprias pás de desfibrilação, além de no próprio aparelho.	6,00	UND	25.471,76	27.155,25	29.800,00	37.200,00	20.475,00	28.020,41	168.122,46	
Totais			152.630,88	182.931,50	173.800,00	233.200,00	122.850,00			

* Preço Descartado (Valor Inesqueível ou outros motivos)

Greiss



