



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LABORATÓRIO CENTRAL

Prezados,

Em resposta ao pedido de esclarecimento da Diagnocel referente ao PE 048.2022 da Prefeitura de Parnamirim, Nº Banco do Brasil 977165.

Referentes aos itens:

ITEM 1.22 – CÁLCIO IÔNICO

Será aceito equipamento de pequeno porte que realize exames de cálcio iônico, não será aceito terceirizar exames.

ITEM 1.47 – PRÉ-ECLÂMPسيا

A Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (FIGO) em conjunto com a organização mundial da saúde (OMS) publicou recentemente uma recomendação. Neste documento está entre as recomendações a serem adotadas para a prevenção da pré-eclâmpsia, com impacto inquestionável nos estudos de custo efetividade realizados nos Estados Unidos, onde os pesquisadores estimaram economia de milhões de dólares sobre o que o país gasta com gestantes acometidas pela doença e com prematuros gerados por elas, o uso do biomarcador fator de crescimento da placenta (PIGF).

Os autores colocam claramente na recomendação que: "A FIGO reconhece que, para que o progresso global seja feito, a Índia, China, Nigéria, Paquistão, Filipinas, Indonésia, Bangladesh, Brasil e México devem ser alvos principais para a predição e prevenção da pré-eclâmpsia. Portanto, garantir a disponibilidade desses biomarcadores nas redes municipais de saúde com recursos do SUS, licitando empresas que detenham a tecnologia para a realização da medição pelo menos do PIGF no soro materno, está de acordo com o que recomendam a FIGO e a OMS e tem potencial inquestionável para reduzir casos graves de pré-eclâmpsia, diminuir consideravelmente óbitos maternos e fetais e economizar gastos com internação hospitalar e cuidados em UTI materna e neonatal.

Do exposto, não será aceito a terceirização do item 1.47 (Pré-eclâmpsia).

ITEM 3.3.1 EQUIPAMENTO 04

Informamos que o órgão possui alta demanda de exames de hormônio mês, com rotinas de mais de 500 pacientes por dia, e que devido a alta complexidade dos exames e o tempo de reação dos testes, a velocidade de amostras hora interfere diretamente, não sendo aceite diminuir a capacidade de amostras hora.

Sobre as ponteiras e cubetas descartáveis, informamos que o uso de ponteiras e cubetas descartáveis diminuem amplamente a contaminação de amostras e reagentes, aumentando a confiança no resultado do paciente, logo não será aceito ponteiras fixas não descartáveis.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LABORATÓRIO CENTRAL

ITEM 3.10.1 COAGULAÇÃO

Sobre a metodologia exigida será aceito tanto a metodologia optica ou mecânica para este equipamento.

Quanto a exigência de 100 amostras on board, analisando a solicitação do requerente, será aceitos equipamentos a partir de 96T/H vendo que esta alteração não prejudica o licitante.

Parnamirim, 15 de Dezembro de 2022.

Maria Aparecida Feliciano de Souza
Diretora do Lab. Municipal de
Análises Clínicas
SESAD

Maria Aparecida Feliciano de Souza
Diretora – Laboratório Central